

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Citrato Simmons</b>	22111601	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-065	17/01/2024	17/11/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Verde	Agar sólido tendido	No aplica	Levemente opaco	6.0 ± 0.5	6.9 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Superficie azul y/o medio completo azul	<b>APRUEBA</b>
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Superficie azul y/o medio completo azul	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad