

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
<b>Agar Levine (EMB)</b>	22102602	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-170	27/10/2023	27/10/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Púrpura oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias púrpuras y mucoides
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias sin pigmentación
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias sin pigmentación
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias púrpuras con brillo metalico verde
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Parcialmente inhibido colonias puntiformes e incoloras

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad