



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Manitol Sal tubo	22110301	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-213	04/11/2023	07/11/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido tendido	Uniforme	Transparente	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6238	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad