



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Telurito de K 55mm	22110203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-387	03/02/2024	07/11/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias negras
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias grises
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias negras
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad