

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Caldo Cerebro-Corazón</b>	22102506	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-460	26/01/2024	26/10/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad