

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Strep B	22112502	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-125	29/03/2023	29/11/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Gris-ámbar oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias malva	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias azul metálico	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad