

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Papa Dextrosa	22112203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-270	23/11/2023	24-11-2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro y granuloso. Probable pigmentacion amarilla	APRUEBA
<i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC 9197	Micelio verde-gris oscuro y aterciopelado. Probable pigmentacion ocre	APRUEBA
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio amarillo-café y pulverulento	APRUEBA
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco y pulverulento. Probable pigmentacion rojiza	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad