

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Telurito de K 90mm	22120503
Código producto	Fecha expiración
285-388	06/03/2024
	Fecha de control
	13/12/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias negras APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias grises APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias negras APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad