

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar DNAsa	23010905	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-135	10/04/2024	11/01/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias blancas sin halo APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias blancas con halo transparente APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias blancas sin halo APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad