

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Hektoen</b>	23010503	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-160	06/11/2023	09/01/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.5 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias naranja	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias naranja-salmon con halo	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias verde-azul	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias verde-azul con centro negro	<b>APRUEBA</b>
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias verde-azul	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad