

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL)</b>	23011803	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-031	19/11/2023	19/01/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	6.8 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416	Colonias amarillas	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad