

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Sal</b>	23012502	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-318	28/04/2023	31/01/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar sólido tendido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.2	6,7 a 7,5	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Medio color amarillo	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido-Parcialmente inhibido, medio sin virar	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Medio color amarillo	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Medio color amarillo	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad