

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar TSI	23021601	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-410	17/12/2023	20/02/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo anaranjado	Agar sólido tendido	No aplica	Translúcido	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio amarillo/amarillo (A/A) + gas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Medio rojo/amarillo (K/A) + H ₂ S	APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Medio rojo/amarillo (K/A) + gas + H ₂ S	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Medio rojo/rojo (K/K)	APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Medio rojo/amarillo (K/A)	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad