

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Urea Christensen	23020301	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-890	04/05/2024	07/02/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Anaranjado claro	Agar sólido tendido	No aplica	Ligeramente turbio	6.0 ± 0.5	6.8 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Medio color rosado (ureasa +, reacción lenta y debil)	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio sin variación (ureasa -)	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Medio color fucsia (ureasa +, reacción rapida)	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad