

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Caldo Soya Trypticasa</b>	23021301	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-500	14/12/2023	14/02/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	Homogéneo	Transparente	6.0 ± 0.5	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad