

## Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión	23020804

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-670	25/05/2023	08/02/2023

Control físico químico						
MacConkey						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translucido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	Aprueba
Base Sangre						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico			
Cepa control	Resultado		
	Sangre	MacConkey	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	Colonias rojas-rosadas con pp	APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Buen crecimiento	Colonias rojo-rosado	APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Buen crecimiento	Colonias grandes mucoides y rojas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Buen crecimiento	Colonias incoloras transparentes	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	Inhibido	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Buen crecimiento	Colonias incoloras transparentes	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad