



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Suero Fisiológico Estéril 3.0mL	23013102	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-898	01/08/2024	02/02/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	≥ 3 mL	No aplica	No aplica

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad