

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Müller Hinton II 140 mm	23031402	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-240	14/03/2024	21/03/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	4.0 ± 1.0 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA

Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018
 y M100 32th Edition 2022

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad