

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
<b>Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol con Cicloheximida Tubo</b>	23032301	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-317	20/09/2024	27-03-2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	6.0 ± 0.2	5.6 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico			
Cepa control	Resultado		
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258		Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028		Colonias cremosas y blancas	<b>APRUEBA</b>
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299		Micelio blanco velloso con pigmento amarillo	<b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188		Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo	<b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533		Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923		Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad