

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar TSI</b>	23040301	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-410	02/02/2024	04/04/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo anaranjado	Agar sólido tendido	No aplica	Translúcido	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio amarillo/amarillo (A/A) + gas	<b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Medio rojo/amarillo (K/A) + H <sub>2</sub> S	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Medio rojo/amarillo (K/A) + gas + H <sub>2</sub> S	<b>APRUEBA</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Medio rojo/rojo (K/K)	<b>APRUEBA</b>
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Medio rojo/amarillo (K/A)	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad