

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Medio LIA</b>	23041101	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-173	10/06/2024	13/04/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar sólido tendido	No aplica	Translúcido	6.0 ± 0.5	6.5 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Tubo púrpura/púrpura (K/K) + H <sub>2</sub> S	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Tubo púrpura/púrpura (K/K) + gas	<b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Tubo rojo/amarillo (R/A)	<b>APRUEBA</b>
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Tubo púrpura/púrpura (K/K)	<b>APRUEBA</b>
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Tubo púrpura/amarillo (K/A)	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad