

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Levine (EMB)	23041201	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-170	12/04/2024	13/04/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Púrpura oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	6,6 - 7,3	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias púrpuras y mucoides	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias sin pigmentación	APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias sin pigmentación	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias púrpuras con brillo metalico verde	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Parcialmente inhibido colonias puntiformes e incoloras	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad