



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

| Producto | Lote | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Agar MacConkey Sorbitol | 23042502 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-211 | 25/04/2024 | 26/04/2023 |

| Control físico químico | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
| Rosa-pálido | Agar sólido | Uniforme | Translúcido sin pp | ≥ 3 mm | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

| Control microbiológico | | |
|---|----------------------|---------|
| Cepa control | Resultado | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Colonias rojo-rosado | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 | Colonias rojo-rosado | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad