

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Salmonella-Shigella (SS)	23050205	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-380	31/10/2023	04/05/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Parcialmente inhibido
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras con centro negro (H ₂ S)
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias incoloras
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad