

Certificado de análisis

| Producto | Lote | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 23041902 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-457 | 18/07/2024 | 25/04/2023 |

| Control físico químico | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
| Incoloro | Líquido | No aplica | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 8.6 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parámetros físicos químicos establecidos.

| Control microbiológico | |
|---|------------------|
| Cepa control | Resultado |
| Tiempo de incubación de 6 a 8 horas | |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802 | Buen crecimiento |
| <i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562 | Buen crecimiento |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad