

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Cromo-VRE</b>	23060504	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-127	04/10/2023	06/06/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Blanco	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	6.9 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Parcialmente inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias pequeñas color malva	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad