

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM)	23052903

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-590	29/05/2024	30/05/2023

Control físico químico

Sabouraud CAF

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige-pardo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	Aprueba

DTM

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Amarillo maranja	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.5 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado		
	Sabouraud CAF	DTM	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias opacas y blancas	Inhibido	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias cremosas y blancas	Colonias cremosas y blancas	APRUEBA
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo	Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo	APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	APRUEBA
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	Inhibido	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad