

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
<b>Agar Bilis Esculina con Vancomicina Tubo</b>	23071101	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-017	11/05/2024	12/07/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido tendido	Uniforme	Levemente opalescente	6.0 ± 0.2	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+)	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad