

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar DNAsa	23062203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-135	21/09/2024	28/06/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias blancas sin halo
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias blancas con halo transparente
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias blancas sin halo

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad