

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Manitol Sal placa	23071304	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-215	13/07/2024	17/07/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad