

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar CNA - Agar Chocolate GC	23071305

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-035	23/10/2023	17/07/2023

Control físico químico

CNA

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	Aprueba

Chocolate base GC

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado		
	CNA	Chocolate GC	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Inhibido	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Buen crecimiento	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Hemólisis beta	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad