

## Certificado de análisis

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>        | <b>Lote</b>             |                         |
| Medio OF con glucosa   | 23062202                |                         |
| <b>Código producto</b> | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-840                | 21/04/2024              | 28/06/2023              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia     | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Verde azulado   | Agar semi-sólido | Uniforme              | Levemente opaco         | 6.0 ± 0.2    | 7.1 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                             | Resultado          |                |
|--|--------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Fermentativo + gas | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Oxidativo          | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750    | Inerte             | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad