

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
<b>Agar Cromo Strep B</b>	23082204	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-125	21/12/2023	24/08/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Gris-ámbar oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias malva
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias azul metálico
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Inhibido

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad