

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Müller Hinton II con Glucosa y Azul de Metileno	23080104
Código producto	Fecha expiración
285-255	01/08/2024
	Fecha de control
	03/08/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige- verde	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	4.0 ± 0.5 mm	7.2 - 7.4	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	APRUEBA
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	APRUEBA

Según referencia CLSI M44 3th Edition 2022

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad