

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Sangre Soya Trypticasa	23071806	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-350	07/10/2023	24/07/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta	APRUEBA
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Hemólisis beta suave	APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Hemólisis beta	APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha	APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Hemólisis gamma	APRUEBA
Test de Camp	Positivo	APRUEBA

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad