



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

| Producto | Lote | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL) | 23080102 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-031 | 01/06/2024 | 03/08/2023 |

| Control físico químico | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
| Verde claro | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 6.8 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

| Control microbiológico | | |
|--|--------------------|---------|
| Cepa control | Resultado | |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416 | Colonias amarillas | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad