



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar CLED	23082803	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-070	28/08/2024	29/08/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias ligeramente azul-amarillo	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias azul-verde (translúcidas)	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias amarillas	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad