

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Lactrimel Seg. Borelli	23082302	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-167	23/08/2024	24/08/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido tendido	*Uniforme	Turbio	6.0 ± 0.2	No aplica	APRUEBA

*Presenta leve precipitado, no afecta uso previsto

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo APRUEBA
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro granuloso y plano APRUEBA
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo APRUEBA
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio aterciopelado verde oliva APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad