Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto		Lote	
Agar MacConkey		23092805	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control	
285-200	28/09/2024	02/10/2023	

Control físico químico							
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final	
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA	

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico				
Cepa control	Resultado			
Escherichia coli ATCC 25922	Colonias rojas-rosadas mucoides con pp	APRUEBA		
Klebsiella aerogenes ATCC 13048	Colonias rojo-rosado	APRUEBA		
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Colonias grandes, mucoides y rosadas	APRUEBA		
Proteus mirabilis ATCC 25933	Colonias incoloras	APRUEBA		
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA		
Salmonella enteritidis ATCC 13076	Colonias incoloras	APRUEBA		

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad