

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Papa Dextrosa	23101203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-270	12/10/2024	16/10/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	3,5 - 7,0	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro y granuloso. Probable pigmentacion amarilla APRUEBA
<i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC 9197	Micelio verde-gris oscuro y aterciopelado. Probable pigmentacion ocre APRUEBA
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio amarillo-café y pulverulento APRUEBA
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco y pulverulento. Probable pigmentacion rojiza APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad