

Certificado de análisis

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Medio Tioglicolato con Indicador | 23092701 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-870 | 26/02/2024 | 28/09/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ligeramente amarillo | Líquido | No aplica | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028 | Buen crecimiento | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad