

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Medio OF con glucosa	23110203	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-840	01/09/2024	06/11/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Verde azulado	Agar semi-sólido	Uniforme	Levemente opaco	6.0 ± 0.2	6.8 - 7.3	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fermentativo + gas	<b>APRUEBA</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Oxidativo	<b>APRUEBA</b>
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	Inerte	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad