

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Medio OF con glucosa	23113002	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-840	29/09/2024	05/12/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Verde azulado	Agar semi-sólido	Uniforme	Levemente opaco	6.0 ± 0.2	6.8 - 7.3	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fermentativo + gas	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Oxidativo	APRUEBA
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	Inerte	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad