Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto		Lote	
Agar Citrato Simmons		24010805	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control	
285-065	10-03-2025	09/01/2024	

Control físico químico							
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final	
Verde	Agar sólido tendido	No aplica	Levemente opaco	6.0 ± 0.5	6.9 ± 0.2	APRUEBA	

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico				
Cepa control	Resultado			
Escherichia coli ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA		
Salmonella enteritidis ATCC 13076	Superficie azul y/o medio completo azul	APRUEBA		
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Superficie azul y/o medio completo azul	APRUEBA		

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad