Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

## Certificado de análisis

	Lote
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Placa	
Fecha expiración	Fecha de control
21/08/2025	20/02/2024
Control físico químico	
	Fecha expiración 21/08/2025

Control físico químico								
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final		
Beige	Agar sólido	Uniforme	Levemente opalescente	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA		

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico					
Cepa control	Resultado				
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+)	APRUEBA			
Enterococcus faecium ATCC 19434	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+)	APRUEBA			
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Inhibido	APRUEBA			

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad