

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar XLD</b>	24021305	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-440	13/12/2024	14/02/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias rojas <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias amarillas con o sin pp <b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias rojas con centro negro <b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inhibido <b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias amarillas-transparentes con/sin centro negro <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad