Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

## Certificado de análisis

Producto		Lote	
Agar Thayer Martin 55mm		24031504	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control	
205 200	13/01/2025	18/03/2024	
285-390	13/01/2023	10/03/2024	

Control físico químico								
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final		
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA		

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico				
Cepa control	Resultado			
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA		
Escherichia coli ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA		
Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424	Buen crecimiento	APRUEBA		
Neisseria meningitidis ATCC 13090	Buen crecimiento	APRUEBA		
Candida albicans ATCC 90028 (1.5*10³ UFC/mL)	Inhibido	APRUEBA		

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad