

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm	24040202
Código producto	Fecha expiración
285-310	03/04/2025
	Fecha de control
	03/04/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	Colonias cremosas y blancas APRUEBA
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias opacas y blancas APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Colonias cremosas y blancas APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias cremosas y blancas APRUEBA
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio blanco vellosos con pigmento amarillo APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo APRUEBA
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad