Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto				Lote	
Agar Salmonella-Shigella	(SS)			24041806	
Código producto		Fecha expiraci	ión	Fecha de control	
285-380		17/10/2024		22/04/2024	
	Con	trol físico quí	mico		
Color del medio Consistencia	Uniformidad	Transparencia	Espasor (mm)	n∐ referencia	n∐ final

Color del medio Consistencia del medio del medio Espesor (mm) pH referencia pH final

Rosa beige Agar sólido Uniforme Translúcido ≥ 3 mm 7.2 ± 0.2 APRUEBA

Este producto cumple con los parametros físico quimicos establecidos.

Control microbiológico				
Cepa control	Resultado			
Escherichia coli ATCC 25922	Parcialmente inhibido	APRUEBA		
Salmonella enteritidis ATCC 13076	Colonias incoloras con centro negro (H2S)	APRUEBA		
Shigella flexneri ATCC 12022	Colonias incoloras	APRUEBA		
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA		

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad