

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Caldo Soya Trypticasa | 24041004 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-500 | 08/02/2025 | 11/04/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Amarillo | Líquido | Homogéneo | Transparente | 6.0 ± 0.5 | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|------------------|----------------|
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Buen crecimiento | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad